


# MEOPA

Mélange Equimolaire 50% O<sub>2</sub> et 50% Protoxyde d'Azote



KIT 15 utilisations



Bar >10

# Réalisation du soin

## ▪ Sur prescription médicale



- Induction minimum
- Inhalation en continu ( ⚠ aux fuites)
- < 60 mn

## ▪ Feuille de traçabilité



- Évaluer la douleur avant et après le soin



Le **débit** est déterminé par la ventilation du patient

- Pas à jeun, mais à distance des repas
- Pas de surveillance technique mais **surveillance clinique**
- Pas de seuil d'âge



➔ Pas de nécessité d'un personnel **spécialisé** mais **formé** à la technique